

第三章 项目需求和质量标准

★ 部分为核心参数：不满足或不应标则投标视为无效投标；

一、膀胱神经和肌肉电刺激仪1套具体参数要求

廖明 2025.7.3
黄伟 2025.7.3
232 2025.7.3

膀胱神经和肌肉电刺激仪技术参数

- 1、适用范围：适用于神经源性膀胱患者或因产后、椎管内麻醉、椎管硬膜外术后、镇痛导致的暂时性排尿困难的患者
- 2、设备需要配置推车
- ★3、显示及按键方式：≥8 寸触摸屏形式下的显示界面及按键方式
- ★4、输出路（线）数至少要有 4 路（8 线）
- 5、输出最大幅度值：≤25V，逐档连续可调
- 6、直流分量：0V
- 7、输出脉宽：1.0ms、6.0ms
- 8、单个脉冲最大电量：>7μc
- 9、单个脉冲最大能量：<300mJ
- 10、重复频率：10Hz-70Hz 可调
- ★11、治疗模式：至少要有同步治疗模式及异步两种治疗模式
- 12、开路输出电压：≤500V
- 13、具备定时功能

